



**Gobierno
de La Rioja**

Salud

C/ Obispo Lepe, 6 (C.A.R.P.A.)
26071 - Logroño, La Rioja
Teléfono: 941 299 923
Fax: 941 296 134

Humanización,
Prestaciones y Farmacia

**Establecimientos de Ópticas
A/a Responsable sanitario**

Alerta Productos Sanitarios 129/2020

Referencia: SOFM/MJA/bb

Fecha: 05/03/2020

ASUNTO: Retirada del mercado del lote 20290605400 de las lentes de contacto Zeiss CONTACT Day 30 AIR spheric, debido a la posibilidad de que la solución de acondicionamiento utilizada para llenar el blíster de las lentes de contacto en el proceso de fabricación estuviera defectuosa, lo que podría causar sensación de picor y enrojecimiento en el ojo cuando se utilizan.

PRODUCTO: Lentes de contacto Zeiss CONTACT Day 30 AIR spheric.
Nº LOTE 20290605400 (Fecha de fabricación: 08-2019, Fecha de caducidad: 08-2021)
Fabricado por Wöhlk Contactlinsen GmbH, Alemania y distribuido por Eurolent S.L.,
C/Gardenias 23, 28925 Alcorcón, Madrid

MENSAJE: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha sido informada por la empresa Wöhlk Contactlinsen GmbH, Alemania, de la retirada del mercado del mencionado lote debido a la posibilidad de que la solución de acondicionamiento utilizada para llenar el blíster de las lentes de contacto en el proceso de fabricación estuviera defectuosa.

Se le adjuntan Nota de aviso empresa y Nota informativa AEMPS PS, 07/2020 donde se especifican las instrucciones a seguir en caso de estar afectados por esta alerta.

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno/ Fax: 941 299 923 / 941 296 134
- mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios
C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño

Logroño, 5 de marzo de 2020



**Gobierno
de La Rioja**
Salud

Humanización, Prestaciones y
Farmacia

Mº José Aza Pascual-Salcedo

JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN y MEDICAMENTOS.

Gobierno de La Rioja
Oficina Auxiliar de Registro
Salud

Fecha: **05 MAR. 2020**

Hora:
Número: **5-39097**

RETIRADA VOLUNTARIA DE PRODUCTO

Según nuestros documentos, usted ha recibido producto afectado.

Por favor rellene el formulario y envíelo de vuelta tan pronto como sea posible.

Mail: eurolent@eurolent.com

NOMBRE COMERCIAL: ZEIS CONTACT DAY AIR SPHERIC

EMPAQUETADO: CAJAS DE 6 BLISTER

PARÁMETROS: Radio: 8.50; potencia:-2.25 dp.; diámetro: 14.20

LOTE: LOT 20290605400

FECHA DE FABRICACION: 08-2019

FECHA DE CADUCIDAD: 08-2021

A rellenar por el cliente:

	Número de productos de este lote que se han vendido	Numero:
	Lentes de contacto de este lote que ya han sido enviadas a Woehlk Contactlinsen.	Número:
	Enviaremos los productos afectados de vuelta a: Wöehlk Contactlinsen GmbH Safety Officier Mirko Tamm Buergermeister-Schade-Strabe 12 24232 Schoenkirchen	
	Número de lote: 20290605400	Número

La persona que rellene el formulario conforma la recepción y toma nota de la medida descrita en el documento de la retirada del producto.

Empresa:

Dirección:

Persona de contacto:

Departamento:

Lugar, fecha

Nombre, firma

Fecha de la recepción de la respuesta en Eurolent:

Nombre, firma

C/Gardenias 23 local 6

28923 Alcorcon