



Alerta Productos Sanitarios: 395/2024

Referencia: SOFM/BBG/crm

Fecha: 26/07/2024

ASUNTO: Advertencia de seguridad relacionada con el caudalímetro SELECTAFLO BP (primera generación).

PRODUCTOS: SELECTAFLO BP

Fabricados por AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Francia y distribuidos por Air Liquide Healthcare España SL, Madrid.

FINALIDAD PREVISTA: Caudalímetro para medidor de flujo de gases medicinales.

MENSAJE: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento a través de la empresa Air Liquide Healthcare de advertencias de seguridad relacionadas con el caudalímetro SELECTAFLO BP (primera generación), debido a que permiten el posicionamiento mecánico entre dos posiciones de caudal, sin visualización ni indicación de caudal, en las que el paciente no recibe suministro de oxígeno.

Se adjunta la nota de aviso remitida por la empresa dirigida a los centros afectados, entre los que se puede encontrar el suyo, informando del problema detectado y las medidas a llevar a cabo.

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno: 941 299 923
- Mail: alertas.productossanitarios@larioja.org

Si tienen conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal **NotificaPS** de la AEMPS. Vuestra colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.				Pág. 1 / 1
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2024/089728	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2024/0656408	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos		Beatriz Barrio García	26/07/2024 13:47:06	
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE		por Gobierno de La Rioja con CSV: VRFNPVRWFKDVOQG	Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion	
			26/07/2024 13:47:12	